

CENTRE D'ÉPIDÉMIOLOGIE PÉRINATALE  
Programme dépistage surdité

# PROGRAMME DE DÉPISTAGE NÉONATAL DE LA SURDITÉ RÉSULTATS ET ÉVALUATION

NAISSANCES 2023

## Fédération Wallonie-Bruxelles

### INFORMATIONS GÉNÉRALES


Responsable médical : -

Référent diagnostique : -

Référent dépistage : -

Mode de transmission : -

### 1 DESCRIPTION DE LA POPULATION



**FR** : Facteur de risque

**NA** : Non applicable

**NN** : Nouveau-né

**OEAA** : Otoémissions acoustiques automatisées

**PEAA** : Potentiels évoqués auditifs automatisés

### FR les plus fréquents en 2023, N=4 157

NICU > 5jours	35,1 %
Hyperbilirubinémie précoce	17,1 %
Médication ototoxique	15,8 %
Antécédents familiaux	10,1 %
Poids < 1500g	9,4 %

## 2 ORGANISATION DU DÉPISTAGE

Nombre de testeurs : **1 106**

Tests réalisés : **<5 à 7 jours / 7**

Prix : **-**

Service en charge :


- Maternité     Mixte  
 ORL     Autre

Nombre de courriers de rappel envoyés : **7 780**

**TABLEAU 1. Méthode et jour de réalisation des tests de dépistage, 2023**

		1 <sup>er</sup> TEST		2 <sup>e</sup> TEST	
		Nombre	%	Nombre	%
TYPE DE TEST	OEAA	38 480	99,5	5 742	98,6
	PEAA	174	0,5	84	1,4
	<b>Total</b>	<b>38 654</b>	<b>100,0</b>	<b>5 826</b>	<b>100,0</b>
JOUR DE RÉALISATION	≤ 3 jours de vie	33 246	85,9	3 215	55,1
	> 3 jours de vie	5 446	14,1	2 621	44,9
	<b>Total</b>	<b>38 692</b>	<b>100,0</b>	<b>5 836</b>	<b>100,0</b>

## 3 SYNOPTIQUE



## 4 RÉSULTATS DU PROGRAMME DE DÉPISTAGE

**TABLEAU 2. Résultat PASS aux tests de dépistage parmi les NN sans FR\*, 2023**

	N testés	Nombre de PASS	%
1 <sup>er</sup> test	38 684	32 650	84,4
2 <sup>e</sup> test	5 786	4 758	82,2

\* Les proportions sont calculées en utilisant au dénominateur les nombres d'enfants ayant finalisé leurs tests aux 2 oreilles pour le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>e</sup> test.



**TABLEAU 3. Conclusion des tests de dépistage parmi les NN sans FR, 2023, N=38 876**

	Normo-entendant		Double REFER		Perdu de vue		Échappé	
	n	%	n	%	n	%	n	%
NN testés au sein de l'hôpital (N=38 876)	37 408	96,2	1 028	2,6	264	0,7	176	0,5
*NN testés dans autre hôpital partenaire (N=321)	256	79,8	50	15,6	7	2,2	8	2,5

**TABLEAU 4. Conclusion des tests diagnostiques selon les groupes d'enfants, 2023, N=5 255**

	Audition normale bilatérale		Audition anormale		Diagnostic non établi		Non suivi ou résultat manquant	
	n	%	n	%	n	%	n	%
NN sans FR référés chez l'ORL (n=1 098)	888	80,9	85	7,7	0	0,0	125	11,4
NN avec FR (n=4 157)	3 688	88,7	151	3,6	1	0,0	317	7,6
<b>Total filière diagnostique (N=5 255)</b>	<b>4 576</b>	<b>87,1</b>	<b>236</b>	<b>4,5</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>442</b>	<b>8,4</b>
*NN testés dans autre hôpital partenaire (N=473)	376	79,5	63	13,3	0	0,0	34	7,2

**GRAPHIQUE 1. Caractéristiques des déficients auditifs, 2023**




**TABLEAU 5. R sultat global selon les groupes d'enfants et pour l'ensemble des NN, 2023, N=43 033**

	Normo-entendant		D�ficient auditif		Perdu de vue		�chapp�	
	n	%	n	%	n	%	n	%
NN sans FR (n=38 876)	38 296	98,5	85	0,2	332	0,9	163	0,4
NN avec FR (n=4 157)	3 688	88,7	151	3,6	73	1,8	245	5,9
<b>Population �ligible (N=43 033)</b>	<b>41 984</b>	<b>97,6</b>	<b>236</b>	<b>0,5</b>	<b>405</b>	<b>0,9</b>	<b>408</b>	<b>0,9</b>
*NN test�s dans autre h�pital partenaire (N=736)	640	87,0	55	7,5	8	1,1	33	4,5

\* Donn es transmises   titre indicatif et non incluses dans les statistiques de l'h pital.

## GRAPHIQUE 2. Évolution du résultat global, 2021-2023



## 5 EFFICIENCE ET INDICATEURS DE COMPLÉTUDE

**TABLEAU 6. Délai de réalisation des tests de dépistage et diagnostics\*, 2023**

	Nombre	%	
Tests de dépistage réalisés ≤ 1 mois** (n=38 436)	36 833	95,8	* Lorsqu'un NN est né prématurément (AG<37 semaines), le délai a été calculé à partir d'un âge corrigé de 40 semaines. ** Les proportions sont calculées en utilisant au dénominateur les nombres d'enfants ayant finalisé leurs tests aux 2 oreilles pour le 1 <sup>er</sup> et le 2 <sup>e</sup> test.
Tests diagnostiques réalisés ≤ 2 mois (n=4 812)	3 918	81,4	

**TABLEAU 7. Efficience et indicateurs de complétude, 2023**

	Seuil cible (%)	Taux en FWB (%)
Efficiencia du programme	95,0	95,5
<b>Indicateurs de complétude globale et selon les groupes d'enfants</b>		
Indicateur de complétude globale	95,0	98,1
Indicateur de complétude parmi les NN sans FR	95,0	98,7
Indicateur de complétude parmi les NN avec FR	90,0	92,4
<b>Indicateurs de complétude de la filière dépistage</b>		
Indicateur de complétude de la filière dépistage	95,0	98,9
Indicateur de complétude du 1 <sup>er</sup> test	95,0	99,5
Indicateur de complétude du 2 <sup>e</sup> test	95,0	95,9
Proportion d'enfants référés pour le diagnostic	4,0	2,8
<b>Indicateurs de complétude de la filière diagnostique</b>		
Indicateur de complétude de la filière diagnostique	90,0	91,6
Indicateur de complétude parmi les NN référés en ORL	90,0	88,6
Indicateur de complétude parmi les NN avec FR	90,0	92,4

### + EN SAVOIR PLUS

[www.cepip.be/surdite/](http://www.cepip.be/surdite/)

Retrouvez tous les rapports du CEPIP surdit  ici :



**CEPIP • PROGRAMME D PISTAGE SURDIT **  
Clos Chapelle-aux-Champs 30, Bte B1.30.04  
1200 Bruxelles  
T +32 (0)2 764 39 36  
depistagesurdite@cepip.be

